
STA-Neoplastin Cl Plus ve STA-NeoPTimal reaktifleri ile çalışılan International Normalized Ratio (INR) Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Hasta Karşılaştırma Sonuçlarına ait INR Korelasyon Grafiği (n: 20)



Tekrarlanabilirlik verilerinden elde edilen %CV değerinin, üretici %CV değeri ile karşılaştırma tablosu

Kontrol Örneği	**STAGO STA Coag Control N**
Kit	**STAGO STA NeoPTimal**
Hedef Değer (% CV)	**<% 0.8**
Bulunan Değer (% CV)	**% 0.75**

Yorum: STAGO STA Coag Control N kontrol örneğine ait % CV değeri, üreticinin önerdiği hedef % CV değerinin altında bulunmuştur.

Kaynak: http://www.stago-neoptimal.com/IMG/pdf/en_sta-neoptimal_5_10_20_20170331.pdf

ANKARA

Tunus Cad. No: 95
06680 Kavaklıdere
Tel : (312) 468 70 10
Faks : (312) 427 81 74

Atatürk Bulvarı. No: 237
06680 Kavaklıdere
Tel : (312) 468 95 41
Faks : (312) 426 99 56

Mithatpaşa Cad.
No: 8/35 06420
Tel : (312) 433 29 24
Faks : (312) 434 09 70

İSTANBUL

Altan Erbulak sok.
No:12 34394
Mecidiyeköy
Tel : (212) 272 4800
Faks : (212) 272 4804

ADANA

Reşitbey Mh. Stadyum Cd.
Salih Bosna Apt.
A Blok No: 39/C Seyhan
Tel : (322) 454 4901
Faks : (322) 457 5505

MERSİN

İnönü Caddesi 160/B
Çamlıbel
Tel : (324) 237 77 88
Fax : (324) 237 77 75